



 ISO 9001:2008,
СЕРТ. № 227417

 МА МИКРОТЕХ

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕТРОЛОГ. АТТЕСТАЦИЯ

 СЕРВИС МИКРОТЕХ

 СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Тип		EMP II
	Измерительный диапазон, мм	0,5-100
	Цена деления, мкм	0,01
	Калибруемые блоки, кл.	0-2
	Поаторяемость, не более, мкм	0,1
	Режим работы	п/автомат
	Точность измерения	0,03+0,002*D
Цена, Евро	Основной блок с оснасткой	29900
	Сенсорный ПК с ПО Dialtest	4990
	Модуль корректировки температурного коэффициента	4800

- для калибровки мер длины кл.0, кл.1, кл.2
- усиленное основание
- термоизолированная электроника
- система автоматического позиционирования мер
- быстрые измерения
- метрологический контроль, гарантия - 12 месяцев
- тех.поддержка, послегарантийный сервис

ВИДЕО ПРОЦЕССА
КАЛИБРОВКИ

